

## EU DECLARATION OF CONFORMITY (EN)

1. PPE/MDR: **Protective gloves Category III, chemical risks. Medical devices class I, for single use. Food contact.**
2. Name and address of the manufacturer:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration, Product number:

**2166013 Nitrile glove WS PF Blue Classic Acc Free**  
**2166014 Nitrile glove WS PF Blue Classic Acc Free XS/6**  
**2166015 Nitrile glove WS PF Blue Classic Acc Free S/7**  
**2166016 Nitrile glove WS PF Blue Classic Acc Free M/8**  
**2166017 Nitrile glove WS PF Blue Classic Acc Free L/9**  
**2166018 Nitrile glove WS PF Blue Classic Acc Free XL/10**  
**2166019 Nitrile glove WS PF Blue Classic Acc Free XXL/11**

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

**Regulation (EU) 2016/425 on Personal Protective Equipment**  
**Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices**  
**Regulation (EC) No 1935/2004 on Materials and Articles Intended to come into Contact with Food**  
**Regulation (EU) No 10/2011 on Plastic Materials and Articles Intended to come into Contact with Food**  
**Regulation (EC) No 2023/2006 on Good Manufacturing Practice for Materials and Articles Intended to come into Contact with Food**

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

**EN ISO 21420:2020**  
**EN 16523-1:2015+A1:2018**  
**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**  
**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**  
**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**  
**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. The Notified Body:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. The PPE is subject to the conformity assessment procedure (Module D) under surveillance of the Notified Body:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

9. The product is tested by:

TUV SUD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.  
B-3/4, No. 1999 Du Hui Road, Minhang District  
Shanghai 201108, P.R. China

Test report no. 721683466      Date: 11/09 2023

and may be safely used during the preparation and handling of foodstuff and may stand in direct contact with all types of food for a short period of time.

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\*Contact Procurator AB for further information

10. Signed for and on behalf of Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director

## EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (SV)

1. Personlig skyddsutrustning/MDR: **Skyddshandskar Kategori III, kemiska risker. Medicintekniska produkter klass I, engångsbruk. Kontakt med livsmedel.**

2. Tillverkarens namn och adress:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. Att försäkrans om överensstämmelse utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

4. Föremålet för försäkrans, Produktnummer:

**2156616 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long**  
**2156617 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6**  
**2156618 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7**  
**2156619 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8**  
**2156620 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9**  
**2156621 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10**  
**2156622 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11**

5. Att föremålet för den försäkrans som beskrivs i punkt 4 överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

**Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning**  
**Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter**  
**Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel**  
**Förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel**  
**Förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverknings sed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel**

6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som tillämpats eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

**EN ISO 21420:2020**  
**EN 16523-1:2015+A1:2018**  
**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**  
**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**  
**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**  
**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. Det anmälda organet:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

har utfört EU-typkontrollen (modul B) och utfärdat EU-typintyget:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. Den personliga skyddsutrustningen omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse (Modul D) under övervakning av det anmälda organet:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Produkten är testad av:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. **TAOHG2206188801**

Date: **02/09 2022**

och kan användas säkert vid beredning och hantering av livsmedel och är även godkänd för kortvarig direktkontakt med alla typer av livsmedel. Förhållande (yta/volym): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\*Kontakta Procurator AB för mer information

10. Undertecknad för Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director

## EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DA)

1. PV/MDR: **Beskyttelseshandsker Kategori III, kemiske risici. Medicinske anordninger, klasse I, Til engangsbrug. Kontakt med fødevarer.**

2. Navn og adresse på fabrikanten:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes alene på fabrikantens ansvar.

4. Erklæringens genstand, Produktnummer:

**2156616 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long**  
**2156617 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6**  
**2156618 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7**  
**2156619 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8**  
**2156620 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9**  
**2156621 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10**  
**2156622 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11**

5. Genstanden for erklæringen, der er beskrevet i punkt 4, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

**Forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler**

**Forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr**

**Forordning (EF) Nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer**

**Forordning (EF) Nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer**

**Forordning (EF) Nr. 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer**

**BEK nr 822 af 26/06/2013 om fødevarekontaktmaterialer**

6. Henvvisning til de relevante harmoniserede standarder, der er anvendt eller henvisning til de andre tekniske specifikationer som der erklæres overensstemmelse med:

**EN ISO 21420:2020**

**EN 16523-1:2015+A1:2018**

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**

**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**

**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**

**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. Det bemyndigede organ:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

har foretaget EU-typeafprøvning (modul B) og udstedt EU-typeafprøvningsattest

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. PV'et er omfattet af overensstemmelsesvurderingsprocedure (Modul D) under overvågning af det bemyndigede organ:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Produktet er testet af:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. TAOHG2206188801

Date: 02/09 2022

og kan anvendes sikkert ved tilberedning og håndtering af fødevarer og må komme i direkte kontakt med alle slags fødevarer i et kortere tidsrum. Forhold (område/volumen): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\* Kontakt Procurator AB for at få yderligere oplysninger

10. Underskrevet for og på vegne af Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director

## EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (FI)

1. Henkilönsuojain/MDR: **Suojakäsineet Luokka III, kemialliset riskit. Lääkinnällisistä laitteista, I luokkaan, Vain yhteen käyttöön. Elintarvikekäyttöön.**

2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde, Tuotenumero:

**2156616 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long**  
**2156617 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6**  
**2156618 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7**  
**2156619 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8**  
**2156620 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9**  
**2156621 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10**  
**2156622 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11**

5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:

**Asetus (EU) 2016/425, henkilönsuojaimista**  
**Asetus (EU) 2017/745 lääkitäällisistä laitteista**  
**Asetus (EY) N:o 1935/2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista**  
**Asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista**  
**Asetus (EY) N:o 2023/2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista**

6. Viittaukset asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on sovellettu, tai viittaukset muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu, sekä kyseisten standardien ja eritelmien hyväksymispäivä:

**EN ISO 21420:2020**  
**EN 16523-1:2015+A1:2018**  
**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**  
**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**  
**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**  
**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. Ilmoitettu laitos:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

suoritti EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja antoi EU- tyyppitarkastustodistuksen:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. Henkilönsuojaimeen sovelletaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä (moduuli D) ilmoitetun laitoksen:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Tuotteen testaa:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. **TAOHG2206188801**

Date: **02/09 2022**

ja niitä voidaan käyttää turvallisesti elintarvikkeiden valmistuksen ja käsittelyn aikana, ja ne voivat olla suorassa kosketuksessa kaikentyyppisten elintarvikkeiden kanssa lyhyen ajan. Suhde (ala/tilavuus): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\* Pyydä lisätietoja Contact Procurator AB:ltä

10. Puolesta allekirjoittanut Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DE)

1. PSA/MDR: **Schutzhandschuhe Kategorie III, chemische Risiken. Medizinprodukte Klasse I, Zum einmaligen Gebrauch. Lebensmittelkontakt.**

2. Name und Anschrift des Herstellers:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

4. Gegenstand der Erklärung, Produktnummer:

**2156616 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long**  
**2156617 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6**  
**2156618 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7**  
**2156619 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8**  
**2156620 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9**  
**2156621 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10**  
**2156622 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11**

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

**Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen**  
**Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte**  
**Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen**  
**Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen**  
**Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen**

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

**EN ISO 21420:2020**  
**EN 16523-1:2015+A1:2018**  
**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**  
**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**  
**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**  
**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. Die notifizierte Stelle:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren (Modul D) unter Überwachung der notifizierten Stelle:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Das Produkt wurde getestet von:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. TAOHG2206188801

Date: 02/09 2022

und kann bei der Zubereitung von Lebensmitteln und beim Umgang damit sicher verwendet werden.  
Es hält dem kurzzeitigen Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln stand. Verhältnis  
(Bereich/Volumen): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Procurator AB

10. Unterzeichnet für und im Namen von Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director

## EU-CONFORMITEITSVERKLARING (NL)

1. PBM/MDR: **Beschermende handschoenen Categorie III, chemische risico's.**  
**Medische hulpmiddelen klasse I, Voor eenmalig gebruik. Levensmiddelen.**

2. Naam en adres van de fabrikant:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. Deze conformiteitsverklaring wordt op eigen verantwoording van de fabrikant verstrekt.

4. Voorwerp van de verklaring, productnummer:

**2156616 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long**  
**2156617 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6**  
**2156618 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7**  
**2156619 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8**  
**2156620 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9**  
**2156621 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10**  
**2156622 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11**

5. Het in punt 4 beschreven voorwerp is conform met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

**Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen**  
**Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen**  
**Verordening (EG) Nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen**  
**Verordening (EU) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen**  
**Verordening (EG) Nr. 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen**

6. Vermelding van de relevante toegepaste geharmoniseerde normen, of van de andere technische specificaties, waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

**EN ISO 21420:2020**  
**EN 16523-1:2015+A1:2018**  
**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**  
**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**  
**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**  
**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. De aangemelde instantie:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

heeft het EU-typeonderzoek (module B) verricht en het certificaat van EU-typeonderzoek:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. Het persoonlijk beschermingsmiddel is onderworpen aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure (Module D) onder toezicht van de aangemelde instantie:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Het product is getest door:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. TAOHG2206188801

Date: 02/09 2022

en kan veilig worden gebruikt voor de bereiding en behandeling van levensmiddelen en mag gedurende korte tijd in direct contact komen met alle soorten levensmiddele. Suhe (pindala/maht): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\* Neem contact op met Procurator AB voor meer informatie

10. Ondertekend voor en namens Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director

## ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (ET)

1. Isikukaitsevahend/MDR: **Kaitsekindad III kategooria, keemilised riskid. Meditsiiniseadmete kohta**

**I klassi, Ühekordseks kasutamiseks. Toiduga kokkupuutumiseks.**

2. Tootja ja vajaduse korral tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

4. Deklareeritav toode, Tootenumber:

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>2156616</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long</b>        |
| <b>2156617</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6</b>   |
| <b>2156618</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7</b>    |
| <b>2156619</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8</b>    |
| <b>2156620</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9</b>    |
| <b>2156621</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10</b>  |
| <b>2156622</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11</b> |

5. Punktis 4 nimetatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisõigusaktidega:

**Määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid**

**Määrus (EL) 2017/745 milles käsitletakse meditsiiniseadmeid**

**Määrus (EÜ) nr 1935/2004, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta**

**Määrus (EÜ) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta**

**Määrus (EÜ) nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta**

6. Viited asjakohastele kasutatud harmoneeritud standarditele või viited teistele tehnilistele kirjeldustele, millele vastavust deklareeritakse:

**EN ISO 21420:2020**

**EN 16523-1:2015+A1:2018**

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**

**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**

**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**

**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. Siis teavitatud asutus:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

viis läbi ELi tüübihindamise (moodul B) ja väljastas ELi tüübihindamissertifikaadi:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. Siis kohaldatakse isikukaitsevahendi suhtes vastavushindamismenetlust (moodul D) teavitatud asutuse:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Toodet on testinud:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. TAOHG2206188801

Date: 02/09 2022

ja seda võib kasutada toiduainete töötlemisel ja käitlemisel. Samuti võib see puutuda lühiajaliselt vahetult igasuguse toiduga. Suhe (pindala/maht): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\* Lisateabe saamiseks võtke ühendust ettevõttega Procurator AB

10. Alla kirjutanud kelle poolt ja nimel Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (PL)

1. ŚOI/MDR: **Rękawice ochronne Kategoria III, zagrożenia chemiczne. Wyroby medyczne klasy I, Do jednorazowego użytku. Kontakt z żywnością.**

2. Imię i nazwisko lub nazwa i adres producenta:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji, Numer produktu:

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| <b>2156616</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long</b>        |
| <b>2156617</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6</b>   |
| <b>2156618</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7</b>    |
| <b>2156619</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8</b>    |
| <b>2156620</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9</b>    |
| <b>2156621</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10</b>  |
| <b>2156622</b> | <b>Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11</b> |

5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

**Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej**  
**Rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych**  
**Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością**  
**Rozporządzenie (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością**  
**Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością**

6. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

**EN ISO 21420:2020**  
**EN 16523-1:2015+A1:2018**  
**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**  
**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**  
**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**  
**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. Jednostka notyfikowana:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności (moduł D) pod nadzorem jednostki notyfikującej:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Ten produkt został przetestowany przez:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. TAOHG2206188801

Date: 02/09 2022

i może być bezpiecznie stosowany podczas przygotowywania i przetwarzania produktów spożywczych oraz może pozostawać w bezpośrednim kontakcie ze wszystkimi rodzajami żywności przez krótki okres. Proporcja (powierzchnia/objętość): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\* Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Procurator AB

10. Podpisano w imieniu Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director



## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (FR)

1. EPI/MDR: **Gants de protection Catégorie III, risques chimiques. Dispositifs médicaux classe I, Usage unique. Convient pour aliments.**

2. Nom et adresse du fabricant:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de la déclaration, Numéro de produit:

**2156616 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long**  
**2156617 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6**  
**2156618 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7**  
**2156619 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8**  
**2156620 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9**  
**2156621 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10**  
**2156622 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11**

5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

**Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle**

**Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux**

**Règlement (CE) N° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires**

**Règlement (UE) N° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires**

**Règlement (CE) N° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires**

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

**EN ISO 21420:2020**

**EN 16523-1:2015+A1:2018**

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**

**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**

**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**

**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. L'organisme notifié:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

a effectué l'examen UE de type (module B) et a établi l'attestation d'examen UE de type:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité (Module D) sous la surveillance de l'organisme notifié:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. Le produit a été testé par:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. **TAOHG2206188801**

Date: **02/09 2022**

et peut être utilisé en toute sécurité pendant la préparation et la manipulation d'aliments et peut être en contact direct avec tous les types d'aliments pendant une courte période de temps. Rapport (superficie/volume): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\* Contactez Procurator AB pour de plus amples informations

10. Signé par et au nom de Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (ES)

1. EPI/MDR: **Guantes protectores Categoría III, riesgos químicos. Productos sanitarios clase I, Solo uso. Contacto con alimentos.**

2. Nombre y dirección del fabricante:

**Procurator AB**  
P.O. Box 9504  
SE-200 39 Malmö, Sweden

3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

4. Objeto de la declaración, número de producto:

**2156616 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long**  
**2156617 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XS/6**  
**2156618 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long S/7**  
**2156619 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long M/8**  
**2156620 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long L/9**  
**2156621 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XL/10**  
**2156622 Nitrile glove WS PF Blue Classic Long XXL/11**

5. El objeto de la declaración descrito en el punto 4 anterior es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

**Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual**

**Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios**

**Reglamento (CE) N° 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos**

**Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos**

**Reglamento (CE) N° 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos**

6. Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, respecto a las cuales se declara la conformidad:

**EN ISO 21420:2020**

**EN 16523-1:2015+A1:2018**

**EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (chemicals and microorganisms - Type B, KPT)**

**EN ISO 374-2:2019 (Determination of resistance to penetration)**

**EN ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016 (bacteria, fungi & viruses)**

**EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009**

7. En su caso, el organismo notificado:

Satra Technology Europe Ltd.  
Notified Body No. **2777**  
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,  
Dublin, Ireland

ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de tipo:

# 2777/25453-01/E06-01

**Date: 06/03 2025**

**Expiry Date: 28/02/2029**

8. El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado:

BSI Group The Netherlands B.V.  
(Notified Body No 2797)  
Say Building, John M.Keynesplein 9,  
1066 EP Amsterdam, The Netherlands

9. El producto ha sido probado por:

ISEGA  
Zeppelinstrasse 3-5  
63741 Aschaffenburg  
Germany

Test report no. **TAOHG2206188801**

Date: **02/09 2022**

y puede ser utilizado con seguridad durante la preparación y la manipulación de alimentos y puede estar en contacto directo con con todo tipo de alimentos durante un corto período de tiempo.

Relación (área/volumen): 1,6

| Test Method | Test                  | Pass/Fail |
|-------------|-----------------------|-----------|
| DIN10655    | Sensorial assesment   | Pass      |
| EN1186      | OML in 50% Ethanol    | Pass      |
| EN1186      | OML in 3% Acetic acid | Pass      |
| EN1186      | OML in Olive Oil      | Pass      |
| EN1186      | OML in Tenax          | Pass      |
| EN1186      | Heavy Metals 10/2011  | Pass      |
| EN14350-2   | Nitrosamines          | Pass      |

\*Para más información, póngase en contacto con Procurator AB

10. Firmado por y en nombre de Procurator AB.

**Malmö, 15/12 2025:**



Paul Fredlund, Category & Sourcing Director